

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Name des Anbieters: JFM Josef F. Müller GmbH one-way-products

Anschrift des Anbieters: Uppenbornstraße 17a

81735 München

Bundesrepublik Deutschland

Art des Produktes: Medizinischer Untersuchungshandschuh  
(gemäß DIN EN 455)

Typ, Modell: VISOTRIL 280 PF WEISS ®

Chargennummernummer: auf der Verpackung spezifiziert

Klassifizierung: Medizinprodukt Klasse I gem. EG-Richtlinie  
93/42/EWG §13 und EG-Richtlinie 93/42/EWG  
Anhang IX

Angewandte Normen und  
normative Dokumente: EG-Richtlinie 93/42/EWG Anhang I v. 14.06.93,  
Änderungsrichtlinie 2007/47/EG  
DIN EN 455-1:2001; DIN EN 455-2:2009+A2:2013;  
DIN EN 455-3:2007; DIN EN 455-4:2009  
EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-4:2013,  
EN ISO 374-5:2016,

Der Anbieter erklärt in alleiniger Verantwortung, daß oben genannte Medizin-  
produkte mit den aufgeführten Normen und normativen Dokumenten über-  
einstimmen.



Eleonore Mazzetti  
Geschäftsführerin

München, den 01. Oktober 2019